

**ANEXO II - PLANILHA DE PERIODICIDADE
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2026**

Testes segundo RDC 611/2022	RX CR	RX Digital	RX Móvel	Mamografia	Arco-C	Tomografia	Ultrassom
Exatidão do sistema de colimação	Semestral	Semestral	Semestral	Anual	Anual	Semestral	NA
Alinhamento do eixo central do feixe de RX	Semestral	Semestral	Semestral	NA	Anual	NA	NA
Alinhamento de grade	Semestral	Semestral	NA	NA	NA	NA	NA
Integridade dos chassis e cassetes	Anual	NA	Anual	Semestral	NA	NA	NA
Valores representativos de dose	Anual	Anual	Anual	NA	NA	Anual	NA
Exatidão do indicador de tensão do tubo	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA
Reprodutibilidade da tensão do tubo	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA
Exatidão do tempo de exposição	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA
Reprodutibilidade do tempo de exposição	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA	NA
Reprodutibilidade da taxa de kerma do ar	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA	NA
Linearidade da taxa de kerma no ar	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA
Reprodutibilidade do controle automático de exposição	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Compensação do controle automático de exposição para diferentes espessuras	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Rendimento do tubo	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA
Camada Semirredutora	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA
Resolução espacial	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	Anual	NA
Contato tela-filme	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Artefatos na imagem	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	Anual	NA
Vedação da camera escura	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Uniformidade da imagem	Anual	Anual	NA	Anual	NA	NA	NA
Diferença de sensibilidade entre as placas de fósforo	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA
Exatidão do indicador de dose do detector (quando disponível)	NA	NA	NA	NA	NA	Anual	NA

Distorção geométrica	Anual	Anual	Anual	NA	Anual	NA	NA
Efetividade do ciclo de apagamento	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	NA	NA
Luminância do monitor para diagnóstico ou laudo	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	Anual	NA
Luminância do negatoscópio para diagnóstico ou laudo	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	Anual	NA
Uniformidade da luminância dos monitores e negatoscópios para diagnóstico ou laudo	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	Anual	NA
Iluminância da sala de laudos	Anual	Anual	Anual	Anual	NA	Anual	NA
Integridade dos acessórios e equipamentos de proteção individual	Anual	Anual	Anual	Anual	Semestral	Anual	NA
Qualidade da imagem	Anual	Anual	Anual	Mensal	NA	NA	NA
Levantamento radiométrico	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	NA
Radiação de fuga do cabeçote	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	Quadrienal	NA	NA
Sinal sonoro no modo cine	NA	NA	NA	NA	Anual	NA	NA
Máxima taxa de kerma no ar	NA	NA	NA	NA	Anual	NA	NA
Reprodutibilidade do controle automático de intensidade	NA	NA	NA	NA	Anual	NA	NA
Exatidão do indicador de produto kerma x área (Pka) (quando aplicável)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Valores de taxa de dose nos modos baixo, normal e alto	NA	NA	NA	NA	Anual	NA	NA
Resolução espacial de baixo contraste no modo fluoroscopia	NA	NA	NA	NA	Anual	NA	NA
Valor representativo de dose glandular média	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Sistema de compressão automático	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Alinhamento da bandeja de compressão	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Indicação da espessura da mama comprimida	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Razão contraste-ruído	NA	NA	NA	Anual	NA	NA	NA
Valor indicado do nº de CT	NA	NA	NA	NA	NA	Semanal/Anual	NA
Uniformidade do nº de CT	NA	NA	NA	NA	NA	Semanal/Anual	NA
Ruído	NA	NA	NA	NA	NA	Semanal/Anual	NA

Espessura do corte	NA	NA	NA	NA	NA	Anual	NA
Indicador do deslocamento da mesa	NA	NA	NA	NA	NA	Anual	NA
Indicador do posicionamento da mesa	NA	NA	NA	NA	NA	Anual	NA
Coincidência entre os indicadores luminosos dos planos interno e externo e do plano irradiado	NA	NA	NA	NA	NA	Anual	NA
Compensação do sistema de modulação de corrente para diferentes espessuras (quando aplicável)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Uniformidade	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Zona morta	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Profundidade de penetração	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Zona focal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Exatidão da medida da distância vertical	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Exatidão da medida da distância horizontal	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Resolução axial	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Resolução lateral	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Visualização de objetos anecoicos	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Limiar de sensibilidade a baixo contraste	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual
Velocidade e magnitude do modo Doppler (quando aplicável)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Anual

LEGENDA:

NA: Não se aplica ao equipamento.